




INFORME DE SELECCIÓN INVITACION A COTIZAR N°	N° 037 DE 2018
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS PARA INVITACIONES A COTIZAR				
ITEM	REQUISITOS MINIMOS	Proponente 1 RX S.A. NIT. 800006583-1		
1	JURIDICOS	CUMPLE		
2	SARLAFT	CUMPLE		
3	TECNICA	CUMPLE		
4	ECONOMICA	\$ 19.635.000		
<b>RESULTADO</b>		<b>SELECCIONADO</b>		

**OBSERVACION:**  
Una vez finalizado el proceso para CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., el oferente cumple con todos los requisitos y su propuesta esta dentro del presupuesto establecido es RX SA, a quien se le adjudica la presente invitación a cotizar.

ELABORO	 PATRICIA BALLESTEROS SILVA	REVISO	 PATRICIA BALLESTEROS SILVA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 <b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE</b>			
<b>DIRECCION DE CONTRATACIÓN</b>			
<b>VERIFICACION DOCUMENTOS INVITACION A COTIZAR N° 037 DE 2018</b>			
Item	Documento	Proponente 1 RX S.A. NIT. 800006583-1	
		CUMPLE	NO CUMPLE
1	ET-CA-FT-011 / ET-CA-FT-022 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - PERSONA NATURAL Y/O PERSONA JURÍDICA	CUMPLE 3/9/2018	
	FOTOCOPIA DECLARACIÓN DE RENTA DEL ÚLTIMO PERÍODO GRAVABLE DECLARADO.	CUMPLE	
	ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/O DICTAMINADOS SEGÚN SEA EL CASO.	CUMPLE	
2	AP-IA-FT-025 FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE 3/9/2018	
3	AP-IA-FT-032 FORMATO CERTIFICADO DE NO INHABILIDADES E INCOMPATILIDADES (NO MAYOR A 30 DÍAS)	CUMPLE 3/9/2018	
4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR CAMARA DE COMERCIO ( NO MAYOR A 60 DÍAS )	CUMPLE 16/8/2018	
5	RUT	CUMPLE	
6	FOTOCOPIA CEDULA DE CUIDADANIA REP. LEGAL	CUMPLE	
7	ANTECEDENTES CONTRALORÍA PERSONA JURÍDICA (NO MAYOR A 60 DÍAS)	CUMPLE 1/9/2018	
8	ANTECEDENTES CONTRALORÍA REPRESENTANTE LEGAL (NO MAYOR A 60 DÍAS)	CUMPLE 1/9/2018	
9	ANTECEDENTES PROCURADURÍA PERSONA JURÍDICA (NO MAYOR A 60 DÍAS)	CUMPLE 1/9/2018	
10	ANTECEDENTES PROCURADURÍA REPRESENTANTE LEGAL (NO MAYOR A 60 DÍAS)	CUMPLE 1/9/2018	
11	ANTECEDENTES PERSONERÍA REPRESENTANTE LEGAL (NO MAYOR A 60 DÍAS)	CUMPLE 1/9/2018	
12	ANTECEDENTES POLICÍA NACIONAL (NO MAYOR A 30 DÍAS)	CUMPLE 1/9/2018	
13	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL (SEGÚN SEA EL CASO)	CUMPLE 4/9/2018	

  
 VERIFICACION DE LA INFORMACION: PATRICIA BALLESTEROS SILVA  
 07/09/2018

EVALUACIÓN SARLAF

ITEM	PROPONENTE	NIT	DV	REPRESENTANTE LEGAL				FORMATO ET-CA-FT-010-01 *	OBSERVACIONES	INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE...	INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	ING NO OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	CUMPLE / NO CUMPLE
				NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DOC	IDENTIFIC.	DOMICILIO											
1	RX S.A.	800.006.583	1	GLORIA MIRIAM PATIÑO DE VELEZ	CC	31.299.055	CALLE 17 A N° 106-299 CASA 3	(2)3161313	CUMPLE									CUMPLE
									2 SOCIOS K PASIVO \$13474844736 PAT \$49833462114		3.800.735.813	48.191.409	3.228.182.855	77.698.049	63.308.306.851,00	13.474.844.736,00	49.833.462.114,00	

ELABORADO POR:

*Patricia Ballesteros Silva*

PATRICIA BALLESTEROS SILVA  
 Profesional Universitario  
 SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

**CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**

ÍTEM	EQUIPO SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	OFERENTE:	RX S.A.
			<b>CRITERIOS A EVALUAR</b>	
1	Equipo de Rayos X portátil para alta capacidad y demanda	<p><b>GENERADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Generador de alta frecuencia de 32 kW / 125 kV o superior, controlado por microprocesador</li> <li>-TUBO DE RAYOS X               <ul style="list-style-type: none"> <li>•Al tubo de ánodo de doble foco giratorio</li> <li>•Con tamaño foco nominal no superior a 1,3mm.</li> <li>•Temporizador digital de los tiempos de exposición.</li> </ul> </li> <li>•Colimador multilámina manual y giratorio +-90°, con indicador de campo con luz.               <ul style="list-style-type: none"> <li>•Posibilidad de ajuste del colimador desde la consola principal.</li> <li>•Sistema y centrado luminoso laser.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>BRAZO PORTA - TUBO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Equipo móvil de radiografía con columna giratoria y brazo tubo RX articulado y retráctil</li> <li>•Posición de transporte que facilite la visión del operador durante la maniobra de traslado               <ul style="list-style-type: none"> <li>•Dos grandes ruedas traseras (ø: 40 cm aprox) estables</li> <li>-Dos pequeñas ruedas libres delante</li> <li>-Freno manual en las ruedas traseras</li> <li>•Alimentación 110V 60Hz</li> </ul> </li> </ul> <p>ESTUDIOS A REALIZAR: Tórax portátil, abdomen, cadera, columna, hombro, rodilla, comparativas, Paciente: adulto, pediátrico, neonatal, adulto obeso (talla alta)</p> <p>Demanda: 50 estudios diarios</p>	<p>1. Listado de equipo biomédico con las especificaciones técnicas requeridas. Se debe indicar la ubicación (Número de folio) en la propuesta donde se da el cumplimiento de la especificación técnica, presentar las fichas, manuales o documento técnico para la verificación.</p> <p>2. Registros de importación de los equipos biomédicos donde conste la fecha de fabricación del mismo.</p> <p>3. Registro INVIMA vigente.</p> <p>4. Carta con las herramientas de trabajo y todos los recursos necesarios para llevar a cabo los mantenimientos de los equipos ofertados.</p> <p>5. Equipos de back up (que cumplan con las mismas especificaciones técnicas) como contingencia cuando se presente una situación de equipos fuera de servicio por daño o mantenimiento.</p> <p>6. Certificados de calibración avalados por la ONAC de los equipos que se requieran.</p> <p>7. Estudio Radiofísico de los equipos ofertados</p> <p>8. Protocolos de limpieza y desinfección</p> <p>9. Manuales de servicio técnico y de usuario en español (físico y digital)</p>	<p><b>CUMPLE</b>  <b>ADJUNTAN FICHA TECNICA DONDE SE EVIDENCIA QUE LE EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS</b></p> <p><b>CUMPLE</b></p> <p><b>CUMPLE</b></p> <p><b>CUMPLE,</b></p> <p><b>CUMPLE,</b>  <b>EL OFERENTE PRESENTA COMUNICADO DONDE GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DEL EQUIPO OFERTADO CUBRIENDO LA CONTINGENCIA EN CASO DE ALGUNA EVENTUALIDAD CON EL EQUIPO. GARANTIZAN MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA DAR SOLUCION INMEDIATA, ENTREGAN TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL EQUIPO, SE COMPROMENTEN A REALIZAAR CAPACITACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL BUEN DOMINIO Y OPERACION DEL EQUIPO.</b></p> <p><b>CUMPLE,</b>  <b>ADJUNTAN TEST CERTIFICATE DX-D-100</b></p> <p><b>CUMPLE,</b>  <b>ADJUNTAN CARTA DE COMPROMISO DE ESTUDIO RADIOFISICO</b></p> <p><b>CUMPLE</b></p> <p><b>CUMPLE</b></p>

Evaluación Técnica

  
 Luján Fernanda Aguilar Serrano  
 Ingeniera Biomedica  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  
 12 de Septiembre de 2018



INVITACION A COTIZAR N° 037 DE 2018

Objeto a contratar:

CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

VERIFICACION ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO No.1			
				Proponente 1 RX S.A. NIT. 800006583-1			
				Valor Unitario	IVA	Valor Total Unitario	Valot Total
1	<p><b>GENERADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Generador de alta frecuencia de 32 kW / 125 kV o superior, controlado por microprocesador</li> <li>-TUBO DE RAYOS X               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Al tubo de ánodo de doble foco giratorio</li> <li>-Con tamaño foco nominal no superior a 1,3mm.</li> <li>-Temporizador digital de los tiempos de exposición.</li> </ul> </li> <li>-Colimador multilámina manual y giratorio +90°, con indicador de campo con luz.</li> <li>-Posibilidad de ajuste del colimador desde la consola principal.</li> <li>-Sistema y centrado luminoso laser.</li> </ul> <p><b>BRAZO PORTA - TUBO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Equipo móvil de radiografía con columna giratoria y brazo tubo RX articulado y retráctil</li> <li>-Posición de transporte que facilite la visión del operador durante la maniobra de traslado               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dos grandes ruedas traseras (ø: 40 cm aprox) estables</li> <li>-Dos pequeñas ruedas libres delante</li> <li>-Freno manual en las ruedas traseras</li> </ul> </li> </ul> <p>-Alimentación 110V 60Hz ESTUDIOS A REALIZAR: Tórax portátil, abdomen, cadera, columna, hombro, rodilla, comparativas, Paciente: adulto, pediátrico, neonatal, adulto obeso (talla alta) Demanda: 50 estudios diarios</p>	3	MESES	\$ 5.500.000	\$ 1.045.000	\$ 6.545.000	\$ 19.635.000
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA</b>						\$ 19.635.000	

Observaciones: Se realiza la comparación económica.

ELABORADO POR

Firma:

Nombre:

PATRICIA BALLESTEROS SILVA

Fecha de elaboración a/m/d

11/09/2018